



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00  
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 26.11...2010 r.

L. dz. 947/2010  
**SPSW/NZ-2268-66/PN/2010**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla SPSW w Suwałkach.

Uprzejmie informuję, że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.  
Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

**Uczestnik 1**

**Pytanie 1**

Dotyczy: Mikroskop diagnostyczno-laryngologiczny

Czy Zamawiający dopuści mikroskop o następujących parametrach:

Mikroskop ambulatoryjny do zastosowań w laryngologii i chirurgii  
Głowica mikroskopu: stereoskopowa prosta (pochylona 45° lub ruchoma 180° - opcja)  
Optyka apochromatyczna  
Obiektyw o ogniskowej f=250mm  
Możliwość zastosowania obiektywów o ogniskowej: f=200, f=300, f=400  
Możliwość wymiany obiektywu bez konieczności używania narzędzi  
Okulary stereoskopowe szerokokątne 10x  
Korekcja wady refrakcji operatora – zakres min. +/- 5 dpt  
Regulacja rozstawu okularów w zakresie 55-75mm  
Zmianiacz powiększeń 5-stopniowy: x4 / x6 / x10 / x16 / x25  
Precyzyjna regulacja ostrości bez zmiany pozycji głowicy - mikro regulacja 13mm  
Uchwyty do manipulacji głowicą mikroskopu z możliwością regulacji położenia  
Pole widzenia Ø31mm dla obiektywu f=250  
Oświetlane pole Ø90mm dla obiektywu f=250  
Filtr pomarańczowy wbudowany w głowicę mikroskopu  
Mikroskop wyposażony w ramię pantograficzne z systemem balansu wagi  
Ramię mikroskopu pozwalające na ruch głowicy optycznej w pionie. Zakres ruchu w pionie 635mm  
Ruch ramienia mikroskopu w pionie o regulowanym oporze z zastosowaniem układu umożliwiającego unieruchomienie ramienia  
Oświetlenie współosiowe, halogenowe  
Źródło światła mocowane pod ramieniem mikroskopu, wyposażone w:  
2 żarówki halogenowe (dwa źródła oświetlenia) o mocy min. 150W  
płynną regulację natężenia oświetlenia bez zmiany barwy światła, osobną dla każdego źródła  
gniazdo do podłączenia endoskopowej kamery medycznej oraz wyjście Composite video / BNC  
Podstawa podłogowa w kształcie litery H, wyposażona w 4 koła, wszystkie z hamulcami  
Głowica mikroskopu wyposażona w rozdzielacz obrazu z adapterem umożliwiającym podłączenie standardowej kamery endoskopowej  
Kamera endoskopowa CCD, kompatybilna z gniazdem kamery znajdującym się w źródle światła

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

Czy przez zapis optyka Hopkins, Zamawiający ma na myśli optykę typu Hopkins?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający przy opisie długości optyk miał na myśli 30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przy opisie długości optyk miał na myśli 30 cm.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wydłuży czas dostawy do 6 tygodni od dnia podpisania umowy? Prośbę tą motywujemy faktem, iż proponowany sprzęt nie jest produkcji polskiej a czas dostawy uzależniony jest od zagranicznego producenta i może wynieść nieznacznie dłużej niż wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Uczestnik nr 2****Pytanie 1**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 21 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

**Uczestnik 3****Pytanie 1**

Dotyczy wzoru umowy: Paragraf 6. punkt 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do usuwania usterki z 24 godzin na 48 godzin w dni robocze?;

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy: Paragraf 13. punkt 1.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych za nieterminowa dostawę od wartości netto towaru dostarczonego po terminie?;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy: Paragraf 13. punkt 2.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych za nieterminowa instalacje od wartości netto towaru zainstalowanego po terminie?;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 4**

Dotyczy wzoru umowy: Paragraf 13. punkt 3.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar umownych za przekroczenie terminu przystąpienia do naprawy w wysokości 0,5% wartości netto naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki?;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 5**

dotyczy części 7 Czy Zamawiający dopuści optykę endoskopową kompatybilną z oferowanymi w częściach 1, 2, 3 resektoskopami o następujących parametrach: średnica optyki 4 mm, kąt 12°, szafirowe szkło w końcówce optyki chroniące obiektyw, system soczewek wałeczkowatych o najwyższej światowej jakości optycznej?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 6**

dotyczy części 1, 3 Czy Zamawiający dopuści element roboczy resektoskopu aktywny, przeznaczony do elektrod monopolarnych bez drutu prowadzącego?

Odpowiedź: Nie.

**Uczestnik 4****Pytanie 1****Dotyczy: mikroskop diagnostyczny - laryngologiczny**

Czy okulary stereoskopowe, szerokokątne: 10x widzenia 25 mm oraz 20x większym niż 10x mm polem widzenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z up. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
w Suwałkach

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

dr n. med. Justyna Mańkiewicz-Gilewicz

