

Parametry techniczne

L.p.	Parametr	Tak/Nie	Opis oferowanego urządzenia /uwagi
1	<p>Resektoskop monopolarny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Płaszcz resektoskopu obrotowy składający się z płaszczem zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, średnica zewnętrzna 26 Fr., z izolacją ceramiczną – szt. 1 • Płaszcz resektoskopu rozm. 24 Fr., z centralnym zaworem napływowym / odpływowym sterowanym przy pomocy dźwigni, końcówka ceramiczna ścięta – szt. 1 • Obturator kompatybilny z płaszczem 24 i 26 Fr – szt. 2 • Element roboczy resektoskopu, aktywny, przeznaczony do elektrod monopolarnych z jednym drutem prowadzącym – szt. 2 • Przewód monopolarny do elementu roboczego – szt. 2 • Elektroda monopolarna, pętlowa – szt. 4 • Elektroda monopolarna, kulkowa – szt. 4 rozm. 5 mm • Elektroda jednorazowa 24/26Ch, sterylna, kompatybilna z oferowanym płaszczem i elementem roboczym – 1 szt. (należy dołączyć kopię oryginalnej etykiety producenta oraz oryginalną stronę katalogową) • Optyka endoskopowa, śr. 4 mm, dł. 30 cm, kął 70 st., z systemem soczewek HOPKINS II, autoklawowalna – szt. 1 (należy dołączyć kopie deklaracji zgodności producenta, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC) • Optyka endoskopowa, śr. 4mm, dł. 30 mm, kął 12 st., z systemem soczewek HOPKINS II, autoklawowalna – szt. 1 (należy dołączyć kopie deklaracji zgodności producenta, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC) • Optyka endoskopowa, śr. 4 mm, dł. 30 mm, kął 30 st., z systemem soczewek HOPKINS II, autoklawowalna – szt. 2 (należy dołączyć kopie deklaracji zgodności producenta, potwierdzającą zgodność oferowanego wyrobu medycznego o danym numerze katalogowym z Dyrektywą 93/42/EEC) 		

Do oferty należy załączyć:

a) firmowe materiały informacyjne z parametrami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia,

b) Deklaracje zgodności CE

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia o powyższych parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

.....
(Podpis Zamawiającego)

.....
(Podpis Wykona