



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 03.02.2012 r.

L.dz./2012/DZI

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: SPSW-NZ-2268-11/PN/2012

Dotyczy: przetargu na dostawę mikrobiologicznych i analitycznych systemów do badań diagnostycznych w laboratorium medycznym SPSW w Suwałkach.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik nr 1

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie brzmienia treści załącznika nr 6, pkt 7 który został przez Zamawiającego opisany w następujący sposób: „Oświadczenie Wykonawcy ze poniesie koszt wykonania odpowiednich sterowników do włączenia analizatora do systemu informatycznego laboratorium – szpitala dostarczy bezpłatnie (jako wyposażenie dodatkowe) razem z analizatorem. Prosimy o podanie nazwy systemu informatycznego który jest aktualnie w posiadaniu Zamawiającego. Wykonanie odpowiednich sterowników jest, bez podania powyższej informacji niemożliwe do wykonania. Dodatkowo prosimy o wskazanie firmy, która jest wykonawcą systemu informatycznego laboratorium i o odpowiedź na pytanie, czy poprzez wymóg wykonania odpowiednich sterowników do włączenia analizatora do systemu informatycznego Zamawiający rozumie również konieczność jego podłączenia do systemu na koszt Wykonawcy.

Odpowiedź: Aparat do posiewu krwi nie wymaga włączenia do szpitalnego systemu informatycznego.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
w Suwałkach