



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 03.02.2012 r.

L.dz. ⁴⁵...../2012/DZI

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: SPSW-NZ-2268-11/PN/2012

Dotyczy: przetargu na dostawę mikrobiologicznych i analitycznych systemów do badań diagnostycznych w laboratorium medycznym SPSW w Suwałkach.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik nr 1

Pytanie 1 dotyczy pakiet II

Czy Zamawiający wymaga dopuszczenia zestawu komputerowego umożliwiającego podłączenie analizatora do laboratoryjnej sieci informatycznej, czy podłączenie ma być zrealizowane poprzez istniejącą stację roboczą laboratoryjnego systemu informatycznego, czy też Zamawiający wskaże własny komputer do którego ma być podłączony analizator glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia zestawu komputerowego. Połączenie będzie realizowane przez istniejącą stację roboczą LIS. Zamawiający wskaże własny komputer do podłączenia analizatora

Pytanie 2 dotyczy pakietu II

Ile badań glukozy Zamawiający zamierza przewidywalnie zrealizować w przeciągu 36 miesięcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: 39.000 badań w ciągu 36 miesięcy.

Uczestnik nr 2

Pytanie 1

Dla jakiej ilości oznaczeń glikemii w ciągu 36 miesięcy należy wyliczyć oferowaną ilość odczynników i materiałów eksploatacyjnych (Zamawiający nie określił ilości badań w SIWZ) ?

Odpowiedź: 39.000 badań w ciągu 36 miesięcy.

Pytanie 2

Czy podana przez Zamawiającego ilość badań obejmuje również niezbędną ilość kalibracji i oznaczeń kontroli, czy też Wykonawca powinien do podanej przez Zamawiającego ilości badań dodać ilość badań kontroli i kalibracji i zaoferować odpowiednio większą ilość odczynników i materiałów eksploatacyjnych ?

Odpowiedź: Tak. Podana ilość oznaczeń obejmuje kalibrację i kontrolę.

Pytanie 3

Jak często Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia kontrolne i na ilu poziomach (np. codziennie na dwóch poziomach) ?

Odpowiedź: Zamawiający będzie prowadził kontrolę na posiadanym materiale kontrolnym. Proszę nie oferować materiałów kontrolnych.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator glukozy był fabrycznie nowy (rok produkcji 2012) ?

Odpowiedź: Fabrycznie nowy (rok produkcji 2011 lub 2012)

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza analizator charakteryzujący się błędem dokładności 1,5% przy 216 mg/dl oraz stabilnością 20 pomiarów 3% przy 216 mg/dl ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza analizator z bardzo prostym oprogramowaniem w języku angielskim pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem jego kompletne menu przetłumaczone na j. polski według wzoru załączonego do niniejszego pisma?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatora do 4 tygodni od podpisania umowy? Czas 14 dni jest zbyt krótki uwzględniając reżim produkcji analizatora.

Odpowiedź: Tak.

Uczestnik nr 3

Pytanie 1

Dotyczy pakiet nr 1, Załącznik nr 2 do SIWZ – UMOWA DOSTAWY

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zapisu w § 3 Punkt nr 4 dotyczącego terminu ważności odczynników „nie krótszy niż 12 miesięcy”, ponieważ w załączniku nr 7 „Wymagania Zamawiającego” w punkcie nr 2 „Podłoża hodowlane” punkt nr 9 Zamawiający wymaga terminu ważności podłoży minimum 6 miesięcy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o możliwości zaoferowania podłoży terminem ważności 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy pakiet nr 1, Załącznik nr 3

Czy w ramach pozycji nr 4, Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża do hodowli grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych z substancją hamującą namnażanie się innych organizmów działające w sposób selektywny?

Odpowiedź: Tak.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Adam Szałanda

