



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

L.dz. 29...../2012/DZI

Suwałki, dnia 25.01.2012 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: SPSW-NZ-2269-05/PN/2012

Dotyczy: przetargu na dostawę błon RTG, odczynników, wkładów do strzykawki automatycznej typu: NEMOTO Dual Shot Alpha dla SPSW w Suwałkach.

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.,nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik nr 1

Pytanie 1 pakiet nr III

Czy do oferty ma być dołączone oświadczenie producenta (wraz z typem filmu, nr katalogowym i nazwą producenta) informujące, że oferowane filmy są dedykowane do posiadanej przez Zamawiającego kamery? Pozwoli to Zamawiającemu uzyskać wyroby medyczne wysokiej jakości przeznaczone przez Wytwórcę do stosowania w połączeniu z wyposażeniem sprzętowym pracowni Rtg.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2. Pakiet nr I

Czy widniejące na opakowaniu dane: nazwa producenta, typ błony, data ważności, numer produkcji, mają ujawniać się bezpośrednio na błonie po jej wywołaniu? Informacje przydatne podczas badań kontroli jakości oraz ze względu na archiwizację.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie3.

Czy dla zapewnienia pełnej kompatybilności błony i odczynniki mają być tego samego producenta co kasety w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż użytkuje kasety Kodak Lanex Regular Screen.

Pytanie 4.

Dotyczy umowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 4 na Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy określonej w §1 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5.

„Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu płatności faktury z 60 dni od dnia jej otrzymania na termin zapłaty wynoszący 30 dni?”

Odpowiedź: Nie.

Uczestnik nr 2

Pytanie nr 1 dotyczy umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych na:

§6 pkt.1 – 0,1%

§6 pkt.2 – 0,1%

Odpowiedź: Nie.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Adam Szalanda