



UNIA EUROPEJSKA

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



„Sąsiedzi w działaniu”

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MEDYCZNEJ I WSPÓLPRACY W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO MIESZKAŃÓW PRZYGRANICZA, WSPÓLFINANSOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU EUROPEJSKIEJ WSPÓLPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA – POLSKA 2007-2013

Suwałki, dnia .....31.03......2010r

L. Dz. ....274...../2010r

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**NS:SPSW-NZ-2265-69/PN/2009**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na Modernizację – przebudowę pomieszczeń dla Oddziału Chirurgii Ogólnej SPSW w Suwałkach wraz z dostawą i wyposażeniem sprzętu i aparatury medycznej

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach informuje, iż odrzuca ofertę firmy FMB **Spółka z o.o., ul. Granitowa 3 lok. 67, 02-681 Warszawa** w zakresie Pakietu nr 2 Sprzęt medyczny dla Oddziału Chirurgii:

1. Łóżko do intensywnej opieki - pkt. 3,4,8,24

Uzasadnienie prawne:

Art. 89. ust. 1 pkt. 2 - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał długości łóżka-2200 mm (+/- 50 mm), szerokość zew. 1030 mm (+/- 50 mm), regulacji elektrycznej wysokości leża 345 mm – 750 mm (+/- 50), wskaźniki kątowe leża i segmentu pleców, dwuczęściowej bariery, wysokość min-max: 490-890 mm i dopuszczalne obciążenie:230 kg. Oferowany sprzęt Novera 5A i dołączony do oferty katalog nie spełnia określonych wymogów, czyli jest nie zgodny z opisem SIWZ.

2. Łóżko ortopedyczne – pkt. 9,10

Uzasadnienie prawne:


Art. 89. ust. 1 pkt. 2 - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał bariery jednoczęściowa, metalowa, składana wzdłuż ramy leża, wykończenie drewnopodobne, przesuwanej pionowo w szynach, mechanizm zabezpieczający przed przycięciem palców. Oferowany sprzęt NOVERA 3A i dołączony do oferty katalog nie spełnia określonych wymogów, czyli jest nie zgodny z opisem SIWZ.

3. Wózek transportowy – pkt. 2

Uzasadnienie prawne:



Art. 89. ust. 1 pkt. 2 - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wymagał blatu przeziernego dla promieni RTG o wymiarach min 200/65 cm, Boczna kasetta RTG. Oferowany sprzęt Mobilo Plus i dołączony do oferty katalog nie spełnia określonych wymogów, czyli jest nie zgodny z opisem SIWZ

Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – *wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.*

Zamawiający stwierdza, iż w chwili otwarcia ofert nie dochował należytej staranności i podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a nie jaką może przeznaczyć na jego sfinansowanie. Od momentu podania kwoty zamierzonej do wyboru najkorzystniejszej oferty zaszyły nie przewidywalne okoliczności, które zasadniczo zmieniły i zmniejszyły możliwości sfinansowania zamówienia i zawarcia ważnej umowy. Zamawiający musiałby pokryć różnicę ze środków własnych a zgodnie z art. 36 ustawy o finansach publicznych wynika jasno, iż Zamawiający nie posiadając zabezpieczonych środków publicznych nie może zaciągnąć zobowiązania. W obecnej złej sytuacji finansowej szpitala, Zamawiający nie może pozwolić sobie na zwiększenie zadłużenia placówki. Mogłoby to skutkować zamknięciem placówki lub w najlepszej sytuacji jej reorganizacją tj. zamykaniem poszczególnych oddziałów a co za tym idzie zwolnieniami obraz brakiem fachowej opieki medycznej na naszym terenie.

Z uwagi na powyże oraz fakt, iż wartość oferty nr 2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego – Szymon Racis, ul. Cicha 8, 16-400 Suwałki znacząco przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie i wszcząć kolejne, o którym poinformuje w najbliższym czasie.

D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach  
Grzegorz Gałczyński