

**DOSTAWA SYSTEMU POBRAŃ KRWI DO BADAŃ
LABORATORYJNYCH Z WYPOSAŻENIEM**

**PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE
WARUNKI GRANICZNE
AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA OB**

O FEROWANY ANALIZATOR

Nazwa:

Typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | WARUNKI GRANICZNE | Potwierdzenie ich spełnienia (przez Wykonawcę) wpisać : TAK / NIE |
|------------|---|--|
| 1 | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 lub 2010. | |
| 2 | Analizator zintegrowany z oferowanym systemem pobrań krwi (probówki do oznaczania OB). | |
| 3 | Analizator wyposażony w : 1/ zintegrowany moduł mieszania lub zewnętrzne mieszadło rotacyjne (z minimum 20. miejscami na probówki), 2/ minimum 20 kanałów pomiarowych, 3/ czytnik kodów paskowych, 4/ drukarkę (wewnętrzną lub zewnętrzną), 5/ moduł transmisji danych (do LIS). | |
| 4 | Łatwe i szybkie przygotowanie analizatora do pracy. Całodobowa gotowość analizatora do pracy. | |
| 5 | Wydajność minimum 40 testów na godzinę. | |
| 6 | W wypadku awarii LIS musi być możliwość wykonywania badań, to jest wprowadzenia danych próbki, wykonania pomiaru oraz wydruku wyników. | |
| 7 | Analizator OB oraz mieszadło rotacyjne posiadają dopuszczenie do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z " Ustawą o wyrobach medycznych ". (Dz.U. 2004, Nr 93, Poz. 896) | |
| 8 | Uruchomienie analizatora i włączenie do sieci informatycznej LIS oraz szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone przez autoryzowane przedstawicielstwo producenta analizatora, zakończone wystawieniem stosownych certyfikatów. | |
| 9 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy dzierżawy (dotyczy analizatora OB z drukarką i mieszadła rotacyjnego) -uwzględniająca koszty napraw i wymiany podzespołów, -corocznych przeglądów serwisowych zakończonych wydaniem świadectwa dopuszczenia do użytkowania. | |

| | | |
|----|---|--|
| 10 | Czas reakcji serwisu w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii w dni robocze, w ciągu 48 godzin w dni wolne. | |
| 11 | Oferta dzierżawy automatycznego czytnika OB obejmuje dzierżawę manualnego czytnika OB (statywów) - 2 szt. x 10 miejsc pomiarowych (lub 1 szt. x 20 miejsc pomiarowych) zintegrowanego z oferowanym systemem pobrań krwi (próbki do oznaczania OB). Zamawiający dopuszcza tylko jeden typ próbek do OB (dla czytnika automatycznego i manualnego). Statywy będą używane w wypadku awarii automatycznego czytnika OB. | |

.....
(data, pieczętka i podpis Wykonawcy)