



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00

e-mail: [spsw@szpital.suwalki.pl](mailto:spsw@szpital.suwalki.pl)

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 24.01.2012r.

L. dz. 21...../2012

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**SPSW/NZ-2268-02/PN/2012**

**dotyczy:** na dostawę pościeli i bielizny operacyjnej, drobnego sprzętu medycznego oraz worków na zwłoki na okres 1 – go roku dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

**Uczestnik 1**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pakiecie I, II, IV dopuści certyfikowaną tkaninę z przeznaczeniem na sale operacyjne – 100 % bawełna o gramaturze 160 (+/-8) g/m?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w pakiecie IV będzie wymagał wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych dla poz. 1, 3-6 jako wyroby operacyjne?

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w pakietach I, II, IV (poz. 1, 3-6) będzie wymagał badań na pylenie tkaniny mniejsze lub równe 4 zgodnie z normą PN-EN 13795 ?

Odpowiedź: Pakiet I, II - Tak

Pakiet IV – Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 4**

Zamawiający w pakiecie III zadanie 2 przedstawia wymagania dla pieluch z tetry. Jednak w w/w zadaniu nie ma pieluch. Czy jest to omyłka pisarska?

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska. Zamawiający wymaga pieluchy wykonane ze 100% bawełny.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wydłuży termin dostaw w pakietach 4 dni do 21 dni roboczych? Wymagane 4 dni zdecydowanie nie wystarczy do realizacji zamówienia w szczególności procesu produkcji i dostarczenia towaru.

Odpowiedź: Tak.

**Pytanie 6**

Zamawiający wymaga zgodności z normą ENF 14237:2002 Tekstylija w systemie ochrony zdrowia. Informujemy, iż nie istnieje norma ENF, jest natomiast norma ENV 14237:2002 Tekstylija w systemie ochrony zdrowia. Czy jest to omyłka pisarska?

Odpowiedź: Tak, jest to omyłka pisarska.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SPSW/NZ/2268-02/PN/2012 z dnia 18.01.2012r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie pisma na numer faksu /087/ 56-29-594.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

*Adam Szalanda*