



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00  
e-mail: spsw@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 07.09.2010r.

L. dz. 683/2010

**Wszyscy uczestnicy postępowania**  
**SPSW/NZ-2268-47/PN/2010**

**dotyczy:** na dostawę materiałów zespalających złamania kości, narzędzi chirurgicznych, żelu do USG na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.  
Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

**Uczestnik 1**

**Pakiet II – narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku**

**Pytanie 1 dot. Poz.10**

Pęseta chirurgiczna naczyniowa typu Waugh, o delikatnych końcach 1x2 zęby, długość 200mm dopuści na:

Pęseta chirurgiczna Waugh 1x2 z., z prowadnicą, dł. 20,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2 dot. Poz.11**

Instrument biopsyjny do łyżeczkowania jamy macicy, typu Recamier, średnica oczka 4,5 mm, długość 300mm

Dopuszcza na

Skrobaczka maciczna Recamier, ostra, sztywna, fig.00, szer. 5 mm, dł. 30 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 3 dot. Poz.12**

Młotek z wymiennymi plastikowymi dyskami o średnicy 30mm, waga 200g, długość 245 mm

Dopuszcza na

Młotek żelazny/metalowy/dysk i rękojeść plastikowa, 37mm/350 g dł. 24 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 4 dot. Poz.13**

Komplet dysków wymiennych o średnicy 30mm kompatybilny z w/w młotkiem

Dopuszcza na

Para zapasowych dysków/krażków/ metalowych/powierzchnia pokryta tworzywem sztucznym /

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 5 dot. Poz.14**

Zgryzacz kostny typu Friedmann, o delikatnych końcach, prosty, długość 140 mm

Dopuszcza

Zgryzacz kostny typu Friedmann, o delikatnych końcach, lekko zagięty, długość 135 mm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 6 Poz.15**

Nożyce do cięcia drutu do średnicy 3,5 mm, okrągłe, zakończone tępo, z utwardzoną wkładką, długość 165 mm

Dopuszcza

Nożyce do cięcia drutu do średnicy 3,0 mm dł. 21,5 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 7 poz. Poz.16**

Kleszcze płaskie, równoległe, długość 185 mm

Dopuszcza

Kleszcze płaskie równoległe , dł. 18 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SPSW/NZ/2268-47/PN/2010 z dnia 03.09.2010r.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie pisma na numer faksu /087/ 56-29-594.

D Y R E K T O R  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

*Grzegorz Gałązka*