



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 fax (0-87) 562 92 00

e-mail: spsw@szpital.suwalki.pl

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 09.09.2010r.

L. dz. 696...../2010

Wszyscy uczestnicy postępowania
SPSW/NZ-2268-47/PN/2010

dotyczy: na dostawę materiałów zespalających złamania kości, narzędzi chirurgicznych, żelu do USG na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy zamawiający w **Pakiecie I poz. 19** dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych śr. 4,5 dł. gwintu 11-32 mm oraz śr. 5,0 mm dł gwintu 16-32 mm zamiast opisanych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2

Czy zamawiający w **Pakiecie I poz. 31** dopuści możliwość zaferowania drutów Kirschnera o dł. L= 150-210 mm zamiast L= 150-250 mm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nieodpłatne użyczenie instrumentarium do gwoździ śródszpikowych znajdujących się w Pakiecie I według własnych rozwiązań technicznych tj.

- Instrumentarium do wszczepiania wymienionych w pakiecie gwoździ śródszpikowych blokowanych (3 palety w kontenerze do sterylizacji) oraz instrumentarium z rączką i nakładkami celującymi przeziernymi dla promieni RTG wykonanymi z kompozytu włókna węglowego dla gwoździ śródszpikowych typu GAMMA (3 palety w kontenerze do sterylizacji)

Odpowiedź: Tak.

Uczestnik 2

Pakiet nr I – Materiały zespalające złamania kości

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga w poz. 5 gwoździa udowego anatomicznego z proksymalnym ugięciem zapewniającym założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego, blokowanego wkrętami o średnicy 5 - 5,5mm oraz wkrętami rekonstrukcyjnymi o średnicy 7,5mm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr II – Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 5 kulociągu typu Schroeder-Brown zamiast typu Schroeder?
Odpowiedź: Tak, jeżeli spełnia pozostałe warunki SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 11 instrumentu biopsyjnego typu Recamier o średnicy oczka 5mm i długości 310mm zamiast średnicy oczka 4,5mm i długości 300mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 12 młotka z wymiennymi plastikowymi dyskami o średnicy 25mm, wadze 140g i długości 245mm zamiast z dyskami o średnicy 30mm i wadze 200g?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 13 dysków o średnicy 25mm zamiast 30mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 14 zgryzacza kostnego typu Friedman delikatnie odgiętego zamiast prostego?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 15 nożyc do cięcia drutu do średnicy 3mm i długości 210mm zamiast do średnicy 3,5mm i długości 165mm?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 16 kleszczy o długości 180mm zamiast 185mm?
Odpowiedź: Tak.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów umowy dostawy (załącznik nr 2):

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w §2 ust. 1 do 40 dni, w przypadku pakietu nr II? Proponowany termin dostawy jest stanowczo za krótki, biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający wymaga wysoko specjalistycznego sprzętu, który nie zawsze znajduje się w magazynie Wykonawcy, ponieważ jest sprowadzany z zagranicy bądź produkowany wyłącznie na zamówienie.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3

Czy Zamawiający doprecyzuje w §3 ust. 8, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający doda zapis w §4 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności określonego w §5 ust. 2 z 45 dni na 30 dni?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §6:

- a) ust. 1 z „0,5% wartości zamówienia częściowego” na „0,5% wartości niedostarczonego towaru”,
b) ust. 2 z „0,5% wartości zamówienia częściowego” na „0,5% wartości reklamowanego towaru”?
Odpowiedź: Nie.

Uczestnik 3

Pytanie 1 dot. PAKIET II Poz. 11

Prosimy o sprecyzowanie czy instrument typu Recamier ma być ostry czy tępy , sztywny czy elastyczny oraz czy Zamawiający dopuści szerokość oczka 5mm zamiast 4,5mm i długość 310mm zamiast 300mm?

Odpowiedź: Instrument sztywny, ostry, szerokość oczka 4,5 mm, długość 300mm.

Pytanie 2 dot. PAKIET II Poz. 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie młotka o wadze 215g zamiast 200g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dot. PAKIET II Poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nożyc do cięcia drutu twardego 3,5mm i miękkiego 2,5mm okrągłe, z utwardzaną wkładką w długości 230mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 dot. PAKIET II Poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kleszczy płaskich w długości 170mm zamiast 185mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Uczestnik 4

Pytanie 1 dotyczy PAKIET II poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Forester o dł. 240mm. Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie zmienia właściwości narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy PAKIET II poz. 11

Prosimy o doprecyzowanie , czy instrument biopsyjny ma być sztywny czy giętki oraz czy część pracująca ma być ostra czy tępa?

Odpowiedź: Instrument biopsyjny sztywny, część pracująca ostra.

Pytanie 3 dotyczy PAKIET II poz. 12

Prosimy o dopuszczenie młotka o dł. 240 mm i wadze 215g. Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie zmienia właściwości narzędzia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dotyczy PAKIET II poz. 15

Prosimy o sprecyzowanie czy chodzi o kleszcze do cięcia drutu czy nożyczki? Prosimy o określenie grubości drutu.

Odpowiedź: Kleszcze do cięcia drutu.

Pytanie 5 dotyczy PAKIET II poz. 16

Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 190mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: SPSW/NZ/2268-47/PN/2010 z dnia 03.09.2010r.

Upzejmie proszę o potwierdzenie pisma na numer faksu /087/ 56-29-594.

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach
Grzegorz Gałazka