



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**  
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00  
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 18.08.2010 r.

L. dz. ...6521.../2010  
**SPSW/NZ-2268-42/PN/2010**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

**Uczestnik 1**

**Dotyczy: Pakiet I, Zadanie 4, pozycja 1-11**

**Pytanie 1**

Czy rurka intubacyjna ustno – nosowa ma posiadać czarną końcówkę?

Odpowiedź: Tak.

**Dotyczy: Pakiet I zadanie nr 5 poz. 1 – 13, zadania 6 poz. 1 – 7**

**Pytanie 2**

Czy rurki intubacyjne mają posiadać znacznik pozwalający precyzyjnie określić głębokość wprowadzenia rurki widoczny pod kontrolą laryngoskopu, w postaci grubego ringu?

Odpowiedź: Tak.

**Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy PZP, modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 3 tj. formularza asortymentowo – cenowego w zakresie pakietu I zadania 5 poz. 4.**

**Jest:**

Poz. 4. rurka intubacyjna ustno – nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z materiału termoplastycznego, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku sterylna - **rozm. 5,5** – szt. 120

**Powinno być:**

Poz. 4. rurka intubacyjna ustno – nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z materiału termoplastycznego, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku sterylna – **rozm. 5,0** – szt.120

Ponadto w związku z wniesionymi zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, informuję o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert do dnia **23.08.2010r.** w postępowaniu przetargowym *na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach* - zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki dotyczące miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. DYREKTORA  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
w Suwałkach

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

dr n. med. Justyna Matulewicz-Gilewicz