



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**  
**16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60**

tel. (0-87) 562 94 21      tel./fax (0-87) 562 92 00  
NIP 844-17-86-376      REGON 790319362

Suwałki, dnia 6 kwietnia 2010 r.

L. dz. 284/2010

**SPSW-NZ-2268-13/PN/2010**

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na Stację Dializ dla SPSW w Suwałkach na okres 12 miesięcy.

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

**Uczestnik 1**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy - Pakiet II – Linie Krwi**

„Czy Zamawiający dopuści składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje co wpłynie na konkurencyjność składanych ofert?”

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Uczestnik 2**

**Pytanie nr 1**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość składania ofert w zakresie pakietu nr II na poszczególne pozycje, tak jak zrobił to w pakiecie nr III? Obecna sytuacja umożliwia jedynie jednemu wykonawcy złożenie ważnej oferty.”

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Uczestnik 3**

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy - Pakiet III pkt. 5**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami prostymi (laserowo wykonane otwory). W skład zestawu wchodzi: część sterylna : cewnik, igła wprowadzająca 17G na 70 cm, prowadnica „J” 0,38” na 70 cm, samoprzylepny opatrunek na ranę, nasadki iniekcyjne 11F, 15 cm?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy - Pakiet III pkt. 6**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami prostymi (laserowo wykonane otwory). W skład zestawu wchodzi: część sterylna : cewnik, igła wprowadzająca 17G na 70 cm, prowadnica „J” 0,38” na 70 cm, samoprzylepny opatrunek na ranę, nasadki iniekcyjne 11F, 17,5 cm?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 3**

**Dotyczy - Pakiet III pkt. 7**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami prostymi (laserowo wykonane otwory). W skład zestawu wchodzi: część sterylna : cewnik, igła wprowadzająca 17G na 70 cm, prowadnica „J” 0,38” na 70 cm, samoprzylepny opatrunek na ranę, nasadki iniekcyjne 11F, 20 cm?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 4**

**Dotyczy - Pakiet III pkt. 8**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami zakrzywionymi (laserowo wykonane otwory). Sterylny cewnik z zakrzywionymi ramionami, przeznaczony do zakładania do żyły szyjnej, ramiona zagięte pod kątem 180: rozm. 11F, 15 cm. W zestawie igła wprowadzająca 17G na 70 cm, prowadnica „J” 0,38” na 70 cm?”

**Odpowiedź:** *Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**Pytanie nr 5**

**Dotyczy - Pakiet III pkt. 9**

„Czy Zamawiający dopuści zestaw cewników dwukanałowych z silikonowymi ramionami zakrzywionymi (laserowo wykonane otwory). Sterylny cewnik z zakrzywionymi ramionami, przeznaczony do zakładania do żyły szyjnej, ramiona zagięte pod kątem 180: rozm. 11F, 20 cm. W zestawie igła wprowadzająca 17G na 70 cm, prowadnica „J” 0,38” na 70 cm?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Z up. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego  
w Suwałkach

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach  
  
dr n. med. Justyna Matulewicz-Gilewicz