

.....
(pieczęćka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Przedmiot zamówienia: *Koncentraty do dializ (CPV: 33.18.15.20-3)*

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Kod asortymentu |
|--------------|--|-------------|------------------------|---------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|
| x | x | /w litrach/ | /w zł/ | /w zł/ | /w %/ | /w zł/ | x | x | x |
| 1. | Koncentrat kwaśny – składnik A (gotowy roztwór) | 100 000 | | | | | | | |
| 2. | Koncentrat wodorowęglanowy – składnik B (gotowy roztwór) | 100 000 | | | | | | | |
| suma: | | x | x | | x | | x | x | x |

Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia:

Koncentrat powinien być zupełnie czysty, w sterylnych zbiornikach. Korzystne w praktyce do magazynowania i transportu wewnątrzdziałowego są pojemniki 10 litrowe.

Koncentrat do dializy wodorowęglanowej w zestawach:

- A – składnik kwaśny
- B – składnik węglanowy

Wymagane stężenie jonów przedstawia się następująco:

- Na – 138 mmol/l – 140 mmol/l
 - K – 0,5 mmol/l – 4,5 mmol/l
 - Ca – 1,25 mmol/l – 3,5 mmol/l
 - Mg⁺⁺ – 0,5 mmol/l – 1,00 mmol/l
 - HCO₃ – do dolnej granicy 25 mmol/l
- w różnych kombinacjach.

Zasady wypełnienia:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

..... dnia 2010 r.

.....
(podpis Wykonawcy)