



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 19.10. 2010 r.

L. dz. 823...../2010
SPSW/NZ-2268-49/PN/2010

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych na okres 1-go roku dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

Uczestnik nr 1

Pytanie 1

Dotyczy – Grupa V preparaty do mycia i dezynfekcji urządzeń do hemodializy

Czy Zamawiający dopuści środek do dezynfekcji do aparatu do hemodializy typu Puristeril w opakowaniu 8,4 litra o wadze 10kg spełniający pozostałe warunki (pozycja 23)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik nr 2

Dotyczy : Grupa VI, Pakiet I, Zadanie 26

Pytanie 1

Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z zapisem SIWZ opisany preparat będzie używany do mycia i dezynfekcji podłóg, powierzchni i wyrobów medycznych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu będącego wyrobem medycznym. Zgodnie bowiem z treścią Komunikatu Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r., do wyrobów medycznych zalicza się produkty do dezynfekcji, których co najmniej jednym z określonych przez wytwórcę zastosowań jest dezynfekcja wyrobów medycznych. Oczywiście jest, że Zamawiający, ze względów logistycznych nie będzie rozdzielał preparatów na produkty do dużych powierzchni oraz do wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i wyrobów medycznych z wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu opisanego w SIWZ konfekcjonowanego w kanistry 5 litrowe z pompką dozującą w ilości 1 pompka na 4 kanistry.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat w opakowaniach – Kanister 5L z pompką dozującą 1 szt. na 4 kanistry zgodnie z załącznikiem - Wymagania jakościowe obligatoryjne tab. 26 poz. 7.

Pytanie 3

Dotyczy : Grupa VI, Pakiet I, Zadanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu chlorowego dezynfekującego, a nie preparatu chlorowego dezynfekującego - myjącego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu chlorowego dezynfekującego w porcjach – tabl. o masie 4,75g uwalniającą 2,5 aktywnego chloru (zgodnie z załącznikiem Wymagania jakościowe obligatoryjne tab. 27 poz. 3.

Uczestnik nr 3

Pytanie 1

Czy związku z planowaną zmianą stawki podatku Vat, Zamawiający umieści zapis w umowie o możliwości zmiany cen brutto zachowując stałość cen netto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę modyfikując jednocześnie treść umowy w §7 ust.2 poprzez dodatnie następującej treści: Zmiana ceny brutto jeśli nastąpi zamiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
w Suwałkach

Z-ca Dyrektora d/s
Samodzielnego Pub
Szpitala Wojewódzkiego

dr.n. med. Justyna Matulewicz