



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 09.07 2010 r.

L. dz. 522/2010
SPSW/NZ-2268-36/PN/2010

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Stacji dializ, Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Ortopedyczno – Urazowego SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparaty z regulowanym przepływem dializatu w zakresie 300 – 800 ml/min.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści aparaty z płynną regulacją przepływu pompy krwi w zakresie 0 oraz 50 – 600ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści aparat, który posiada indywidualną blokadę każdego koła?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego
w Suwałkach

Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

dr n. med. Justyna Matulewicz-Gilewicz