



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 13.07.2010 r.

L. dz. 538/2010

SPSW/NZ-2268-36/PN/2010

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego dla Stacji dializ, Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oddziału Ortopedyczno – Urazowego SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestnika postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treści pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

Uczestnik 1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparaty do hemodializy z regulowanym przepływem dializatu 0 – 300 – 500 – 800 ml/min?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 2

Pytanie 1 Dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający:

- Możliwość zmiany modułów lub opcji pomiędzy aparatami
- Kontrolowaną w sposób ciągły ultrafiltracji – bezpośredni elektromagnetyczny pomiar
- Płynną regulację przepływu pompy krwi w zakresie od 0 i 20 – 500 ml/min (skok co 10 ml)
- Programy dezynfekcji chemicznej przy użyciu różnych środków chemicznych
- Niezależny ekran, nieemitujący promieniowania

oraz o pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Uczestnik 3

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wyodrębnienie waporyzatora w odrębnym, osobnym pakiecie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, jednocześnie modyfikuje załącznik nr 3 formularz asortymentowo – cenowy w zakresie pakietu IV wyodrębniając z pakietu Pakiet IVA – Zestaw do ablacji niskotemperaturowej ortopedycznej tj. waporyzator.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 4 pozycja nr 1

Czy zamawiający pisząc zestaw do ablacji ma na myśli waporyzator do zabiegów artroskopowych automatycznie dobierające parametry optymalne dla danej końcówki oraz możliwość podłączenia końcówek z kontrolowaniem temperatury w stawie zapewniając jednocześnie najlepszy poziom pracy i bezpieczeństwo?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić system dwóch podłużnych implantów biowchłaniających z materiału PLLA lub niewchłaniających z materiału PEEK połączonych nitką polietylenową, osadzone na jednej igle. System zaopatrzone w samo zaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Aplikator o dwóch zagięciach

0 i 12 stopni, na którym znajdują się implanty połączone nitką polietylenową zaopatrzone w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu. System zapewnia zaopatrzenie dużych uszkodzeń przy użyciu jednego implantu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 2

Czy Zamawiający określi ilość sztuk systemu do szcicia łąkotki, czy też ilość „1” jest poprawna?

Odpowiedź: Ilość „1” jest poprawna.

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 4 pozycja nr 3

Czy zamawiający może doprecyzować, co ma na myśli pisząc „celownik puszczelowy 3 wymiarowy”? Czy Zamawiający dopuści celownik puszczelowy anatomicznej rekonstrukcji ACL?

Odpowiedź: Celownik 3 wymiarowy – spełnia kryteria prawidłowego wprowadzenia przeszczepu. Nie, zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie celownika puszczelowego do anatomicznej rekonstrukcji ACL.

3
D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

Grzegorz Galazka