



Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60

tel. (0-87) 562 94 21 tel./fax (0-87) 562 92 00
NIP 844-17-86-376 REGON 790319362

Suwałki, dnia 11 maja 2010 r.

L.dz. *371* /2010/ZP
SPSW-NZ-2266-20/PN/2010

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę stabilizatorów do zabiegów operacyjnych neurochirurgicznych dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej przytaczam treść pytania oraz udzielam na nie odpowiedzi:

UCZESTNIK 1

Pytanie nr 1

Dot. Pakiet 1 poz. 3 i 4

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 3 i 4 z Pakietu nr 1? Zabieg ten umożliwi naszej firmie zaferowanie Państwu naszej zastawki i drenażu zewnętrznego firmy Integra NueroSciences.”

Odpowiedź: *Tak.*

UCZESTNIK 2

Pytanie nr 1

Dotyczy formularz asortymentowo-cenowy Pakiet II Lp. 2 Klatki międzytrzonowe szyjne + Wypełniacz /substytut kości/

„Czy Zamawiający dopuści do zaferowania klatki międzytrzonowe szyjne o kształcie nieanatomicznym?”

Odpowiedź: *Nie.*

UCZESTNIK 3

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja 2: Stabilizatory szyjne, Klatki międzytrzonowe szyjne + wypełnienie /substytut kości/

Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający dopuszcza implant wykonany z PEEK?”

Odpowiedź: *Nie.*

Pytanie nr 2

„Czy Zamawiający dopuszcza implant wstępnie wypełniony czystym B-trójfosforanem wapnia, który w całości przerasta w kość?”

Odpowiedź: *Nie.*

Pytanie nr 3

„Czy Zamawiający dopuszcza implant w rozmiarach od 5 (Implant o wysokości 5 mm opisuje wysokość implantu wraz z ząbkowaną powierzchnią, która po implantacji zapada się w trzon, w związku z tym końcowy efekt zamierzonego odtworzenia wysokości międzytrzonowej to 4 mm) do 10 mm?”

Odpowiedź: *Nie.*

UCZESTNIK 4

Pytanie nr 1

„Prosimy o wydzielenie z Pakietu I pozycji 1 oraz 2 i dopuszczenie składania oferty częściowej na te pozycje.”

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę.*

Pytanie nr 2

„Czy w punkcie nr 1 pakietu I – Stabilizatory międzykolcowe dynamiczne – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoelementowego elastycznego implantu do rozpierania wyrostków kolczystych, o symetrycznym kształcie umożliwiającym implantację w linii środkowej kręgosłupa bez uszkodzenia więzadła tylnego, pozwalającego na dodatkowe mocowanie implantu za pomocą opcjonalnych atraumatycznych linek nie wchodzących w skład zestawu, wykonanego ze stopu tytanowego i spełniającego wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia?”

Odpowiedź: *Nie.*

Pytanie nr 3

„Czy w punkcie 2 pakietu I – Stabilizatory międzykolcowe sztywne – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoelementowego sztywnego stabilizatora wykonanego ze stopu tytanowego, o symetrycznym kształcie umożliwiającym implantację w linii środkowej kręgosłupa bez zachowania więzadła międzykolczystego, z możliwością mocowania implantu do wyrostków kolczystych za pomocą skręcanych śrubek wchodzących w skład zestawu i spełniającego wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia?”

Odpowiedź: *Nie.*

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

- formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 4).

Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 4.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak:

SPSW-NZ-2266-20/PN/2010 z dn. 05.05.2010 r.

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: www.szpital.suwalki.pl/przetargi

Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma na nr faksu: (0-87) 56-29-594.

D Y K T A N D O
Stowarzyszenie Publiczne
Szpital Wojewódzki im. Suwalski
Grzegorz Gałązka

.....
 (pieczęćka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET I

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Kod asortymentu
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/		
x	x							
1.	Zastawki komorowo – otrzewne	10					x	x
2.	Drenaż zewnętrzny łądźwiowy	10						
	suma:	x	x		x		x	x

Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia:

Zastawki komorowo – otrzewne:

- zastawki w trzech zakresach ciśnienia w-czaszkowego: ciśnienie niskie, średnie i wysokie,
- znacznik radiologiczny końcówki drenu dootrzewnego.

Drenaż zewnętrzny łądźwiowy:

- drenaż z wyskalowanym, przezroczystym zbiornikiem płynu mózgowo – rdzeniowego celem łatwej oceny ilości drenowanego płynu.

Zasady wypełnienia:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

..... dnia 2010 r.

.....
 (podpis Wykonawcy)

(pieczęćka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET II

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr: SPSW-NZ-2266-20/PN/2010

Przedmiot zamówienia: Stabilizatory międzykolcowe

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Kod asortymentu
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/		
X								
1.	Stabilizatory międzykolcowe dynamiczne	50					X	X
2.	Stabilizatory międzykolcowe sztywne	10						
suma:		X	X		X		X	X

Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia:

Stabilizatory międzykolcowe dynamiczne:

- elastyczny, niemetalowy implant do rozpięcia wyrostków kolczystych,
- w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkodzania więzadła tylnego,
- wysokość od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm,
- mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek,
- budowa jednoelementowa,
- symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,
- implant dostarczany w sterylnym opakowaniu,
- w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych,
- materiał części nośnej implantu: silikon.

Stabilizatory międzykolcowe sztywne:

- płytka dwuelementowa co najmniej dwóch rozmiarach zespalająca wyrostki kolczyste stosowana jako komplementarna stabilizacja do jednopozycyjnej stabilizacji PLIF lub TLIF,
- mocowanie do wyrostków kolczystych za pomocą kołców na wewnętrznych powierzchniach płyty,
- możliwa implantacja płyty z zachowaniem więzadła międzykolczystego,
- w zestawie narzędzie do kompresacji elementów płyty celem osadzenia w wyrostkach kolczystych,
- materiał tytan.

Zasady wypełnienia:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

..... dnia 2010 r.

.....
(podpis Wykonawcy)

.....
(pieczęćka firmowa)

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET III

Przedmiot zamówienia: Stabilizatory szyjne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Producent	Kod asortymentu
		/w szt./	/w zł/	/w zł/	/w %/	/w zł/		
X								
1.	Klatki międzytrzonowe łądźwiowe TLIF/	10					X	X
2.	Klatki międzytrzonowe szyjne + wypełniacz /substytut kości/	30						
	suma:	X	X		X		X	X

Uwagi w zakresie wymagań jakościowych w/w przedmiotu zamówienia:

Klatki międzytrzonowe łądźwiowe /TLIF/:

- wbijane klatki łądźwiowe do techniki TLIF /material PEEK/,
- możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej,
- zaokrąglony przód klatki umożliwiający wprowadzenie klatki bez wstępnej dystrakcji,
- obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów, wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod klatkę,
- dwie grupy rozmiarów w zależności od stosowanej techniki TLIF – 32 mm i 36 mm,
- wysokość implantów od 8 mm do 14 mm ze skokiem co 2 mm,
- możliwość napełnienia wiórem kostnym,
- znaczniki widoczne w RTG celem określenia położenia klatki.

Klatki międzytrzonowe szyjne + wypełnienie /substytut kości/:

- anatomiczny kształt, umożliwiający lordydzację segmentu ruchowego kręgosłupa,
- materiał: poliwęglan,
- możliwość wypienienia kością własną chorego lub substytutem kości,
- duża powierzchnia styku implantu z sąsiadującymi trzonami kręgow.,
- implant zaopatrzony w dodatkowy system kotwienia w przestrzeni międzykręgowej /karbowana powierzchnia/,
- implant zaopatrzony w nieprzezierny dla promieni RTG znaczniki radiologiczne,

- wysokość implantów w zakresie 4 – 10 mm /skok co 1 mm/,
- możliwość dodatkowej stabilizacji płyta,
- wypełniacz implantu szynowego /substytut kości – hydroksyapatyt/.

Zasady wypełnienia:

1. Poszczególne pozycje należy wypełnić dokładnie i czytelnie zgodnie z tytułami kolumn.
2. W przypadku konieczności dokonania poprawek należy dokonać ich poprzez przekreślenie wadliwej treści, złożenie parafki oraz wpisanie daty, następnie wpisanie obok treści właściwej.
3. Wartości muszą być podane w zł.

..... dnia 2010 r.

.....
(podpis Wykonawcy)