



**Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach**  
**16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60**

tel. (0-87) 562 94 21

tel./fax (0-87) 562 92 00

NIP 844-17-86-376

REGON 790319362

Suwałki, dnia 6 lipca 2010 r.

L. dz. ~~508~~/2010/ZP  
SPSW-NZ-2266-33/PN/2010

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** dostawy testów sterylizacyjnych, papierów i opakowań do sterylizacji oraz testów ureazowych do wykrywania *Helicobacter Pylori* dla SPSW w Suwałkach

Uprzejmie informuję, że od uczestników postępowania wpłynęły zapytania odnośnie treści zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
Poniżej przytaczam treść pytań oraz udzielam na nie odpowiedzi:

**UCZESTNI K 1**

**Pytanie nr 1 dot. pakietu nr II grupa I – Papier Krepowany**

„Czy Zamawiający dopuści papier krepowany odpowiadający zapisom SIWZ w opakowaniu transportowym z twardej tektury, wewnątrznie pakowany dla zabezpieczenia przed kurzem i zawilgoceniem w dodatkowe opakowanie z tworzywa sztucznego (czyli papier podwójnie pakowany)?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 2 dot. pakietu nr II grupa I – Papier Krepowany, pozycja 4**

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papieru w rozmiarze 120 x 120 cm, w opakowaniach a'125 szt. w miejsce 250 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości (tzn. 2 opakowania a'125 w miejsce jednego a'250 arkuszy)?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 3 dot. pakietu nr II grupa I – Papier Krepowany**

„Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo – foliowe, odpowiadające wymaganiom SIWZ, o warstwie papierowej wykonanej z materiału (papieru) o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> (co jest zgodne z obowiązującą normą EN 868-3)?”

**Odpowiedź:** *Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

**UCZESTNI K 2**

**Pytanie nr 1 dot. pakietu II, pozycja 4**

„Czy Zamawiający dopuści papier o rozmiarze 120 x 120 cm, w opakowaniu 125 sztuk w z odpowiednim przeliczeniem ceny?”

**Odpowiedź:** *Tak.*

**Pytanie nr 2 dot. pakietu II**

„Czy w grupie II Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o parametrach zgodnych z normą EN 11607-1 oraz 868-5 o gramaturze papieru 60 g/m<sup>2</sup>?

Gramatura oraz wszelkie parametry techniczne oferowanych przez naszą firmę produktów zostały dobrane optymalnie, zapewniając odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Nasze rękawy posiadają folię 6-warstwową, a dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów i stanowi doskonałą barierę dla bakterii oraz gwarantuje bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych.”

**Odpowiedź:** *Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Treść niniejszego pisma umieszczona jest na stronie: [www.szpital.suwalki.pl/przetargi](http://www.szpital.suwalki.pl/przetargi)

Uprzejmie proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma na nr faksu: (0-87) 56-29-594.

**Z up. DYREKTORA**  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego

w Suwałkach  
**Z-ca Dyrektora d/s Lecznictwa**  
Samodzielnego Publicznego  
Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach

*dr n. med. Justyna Matulewicz-Gilewicz*